

## Grupo: 099.05 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - RADIOLOGIA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.05.070741	23965	APARELHO DE RADIOGRAFIAS INTROBUCAIS	UN

**Especificação**

COM BRAÇO PANTOGRÁFICO DE 1990 MM ABERTO, UM BRAÇO HORIZONTAL 640 MM E DOIS BRAÇOS VERTICAIS 1350 MM, ARTICULADOS E BALANCEADOS COM MOLA, COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO NA PAREDE FUNDIDA MEDINDO 466X153 MM, REGULADOR DE TENSÃO ELETRÔNICO.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.05.291230	295747	AVENTAL - USO RADIOLOGIA	PC

**Especificação**

AVENTAL PADRÃO SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS, COM ALÇAS CRUZADAS PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA. EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50 mmPb.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.05.291142	23965	CARTELA RADIOGRÁFICA COM 07 FUROS ADULTO - PACOTE 50 UN	PCT

**Especificação**

CARTELA RADIOGRÁFICA COM 07 FUROS ADULTO, PACOTE COM 50 UNIDADES.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.05.291134	23965	CARTELA RADIOGRÁFICA COM 1 FURO, OCLUSAL - PACOTE 50 UN	PCT

**Especificação**

CARTELA RADIOGRÁFICA COM 1 FURO, OCLUSAL, PACOTE COM 50 UNIDADES.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.05.291136	445168	FILME PARA RAIOS-X INTRA-BUCAL DO TIPO PERIAPICAL- CAIXA 150 UN - ADULTO	CX

**Especificação**

FILME PARA RAIOS-X INTRABUCAL DO TIPO PERIAPICAL. TAMANHO 2. DEVE SER DE DUPLA VELOCIDADE ('E' EM PROCESSAMENTO MANUAL E 'F' EM PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO). CADA CAIXA DEVE POSSUIR 150 FILMES E SER EMBALADOS EM VINIL VEDADO E OPACO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.05.291137	445168	FILME PARA RAIOS-X INTRABUCAL TIPO OCLUSAL - CAIXA 25 UN	CX

**Especificação**

TAMANHO 4. DUPLA VELOCIDADE (E e F);. ABA DE ABERTURA NA COR ROXA. CAIXA COM 25 FILMES. EMBALADOS EM PAPEL VEDADO E OPACO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.05.291139	445168	FILME RADIOGRÁFICO EXTRABUCAL PARA TELERADIOGRAFIA - TAMANHO 20X25 - CAIXA 100 UNidades	CX

**Especificação**

FILME RADIOGRÁFICO EXTRABUCAL PARA TELERADIOGRAFIA, TAMANHO 20 X 25. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.05.291231	405632	FIXADOR MANUAL	GL

**Especificação**

TIPO FIXADOR; PARA PELÍCULAS DE RX, PROCESSAMENTO MANUAL, LÍQUIDO CONCENTRADO.

Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.05.291141	405631	FIXADOR PARA PELÍCULAS DE RX PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	L

**Especificação**

FIXADOR PARA PELÍCULAS DE RX PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, COMPATÍVEL COM AUTOMIXER. FIXADOR RADIOLÓGICO, PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA.



Material	Nº SIASG	Descrição resumida	Emb. padrão
099.05.291143	405632	FIXADOR PARA PELÍCULAS DE RX PARA PROCESSAMENTO MANUAL	FR
<b>Especificação</b> FIXADOR PARA PELÍCULAS DE RX PARA PROCESSAMENTO MANUAL. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
099.05.291234	405632	FIXADOR PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	L
<b>Especificação</b> FIXADOR PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COM UMA DOSE DE PARTE A CONTENDO 4,73 LITROS E PARTE B CONTENDO 0,946 LITROS. PARA FAZER 19 LITROS.			
099.05.291235	250418	LÂMPADA	UN
<b>Especificação</b> LÂMPADA INCANDESCENTE BOLINHA, VERMELHA, E27, 15W, 220V.			
099.05.291232	405632	REVELADOR MANUAL	GL
<b>Especificação</b> TIPO REVELADOR, PARA PELÍCULAS DE RX, PROCESSAMENTO MANUAL, LÍQUIDO CONCENTRADO			
099.05.291146	405619	REVELADOR PARA PELÍCULAS DE RX PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	L
<b>Especificação</b> REVELADOR PARA PELÍCULAS DE RX PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, COMPATÍVEL COM AUTOMIXER. REVELADOR RADIOLÓGICO, SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRADA, PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO.			
099.05.291147	405620	REVELADOR PARA PELÍCULAS DE RX PARA PROCESSAMENTO MANUAL	FR
<b>Especificação</b> REVELADOR PARA PELÍCULAS DE RX PARA PROCESSAMENTO MANUAL. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
099.05.291233	71072	REVELADOR PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	UN
<b>Especificação</b> REVELADOR PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO CONCENTRADO PARA PREPARAÇÃO DE 19 LITROS. APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COM UMA DOSE DE PARTE "A" CONTENDO 4,73 LITROS + UM FRASCO DE PARTE "B" CONTENDO 177 ML + UM FRASCO DE PARTE "C" CONTENDO 166 ML.			
099.05.291236	296524	TERMÔMETRO DE IMERSÃO ANALÓGICO	UN
<b>Especificação</b> TERMÔMETRO DE IMERSÃO ANALÓGICO.			
099.05.291237	467508	TERMÔMETRO DE IMERSÃO DIGITAL	UN
<b>Especificação</b> TERMÔMETRO DIGITAL DE IMERSÃO			